



ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Aquisição de Equipamentos

Referência do Concurso: Equipamentos para Postos Comunitários de Saúde e Maternidade em Cabo Delgado | Data de Publicação: 16/03/2026 | Prazo de Submissão: 2 de Abril 2026 | Contacto para Submissão e Esclarecimentos: fornecedores.suppliers@mozambiquelngfoundation.org

Prazo para Submissão	2 de Abril 2026
Prazo de Entrega	90 dias após assinatura do contrato
Local de Entrega	Vários, listados no ponto 2 abaixo

Nota: A conformidade com as Especificações Técnicas anexas (Equipamentos dos Postos Comunitários de Saúde e da Maternidade) é obrigatória. Propostas tecnicamente não conformes serão desclassificadas.

1. Entidade Adjudicante

A entidade adjudicante é a Fundação Mozambique LNG.

2. Objecto do Concurso

O presente concurso tem por objecto a aquisição, fornecimento, transporte, entrega, descarga e devida instalação de equipamentos de apetrechamento para: a aquisição, fornecimento, transporte, entrega, descarga e instalação dos equipamentos e mobiliário de apetrechamento em cada local listado abaixo na Província de Cabo Delgado, conforme as especificações técnicas apresentadas em anexo:

- Oito (8) Postos Comunitários de Saúde (PCS):
 - Distrito de Palma: Quirinde
 - Distrito de Mocímboa da Praia: Ntotwe
 - Distrito de Mueda: Chipingue
 - Distrito de Nangade: Litingina
 - Distrito de Meluco: Mitambo
 - Distrito de Metuge: Namau
 - Distrito de Chiúre: Namogelia
 - Distrito de Montepuez: Nairoto

Uma (1) Maternidade em Murrébuè.

3. Elegibilidade e Requisitos Mínimos

- Empresas com experiência comprovada no fornecimento de equipamento hospitalar e/ou clínico.
- Apresentação de pelo menos duas (2) cartas de referência emitidas por entidades/instituições às quais tenha fornecido equipamentos semelhantes.
- Registo comercial válido e licenças aplicáveis ao ramo de actividade.
- Situação fiscal e contributiva regularizada.
- Capacidade logística para entrega nos diversos locais acima definidos, dentro do prazo estabelecido.
- Conformidade com normas e certificações aplicáveis (quando pertinente), incluindo manuais e garantias.

4. Apresentação das Propostas Técnico-Financeiras

As propostas devem ser apresentadas em duas partes: (i) Proposta Técnica e (ii) Proposta Financeira, em língua portuguesa, datadas e assinadas por um representante legal.

4.1 Proposta Técnica (conteúdo mínimo):

- Descrição detalhada dos equipamentos propostos, demonstrando conformidade com as especificações técnicas anexas.
- Fichas técnicas/catálogos/brochuras do fabricante e indicação do país de origem (quando pertinente).
- Prazo de entrega e cronograma de fornecimento.
- Condições de garantia (recomenda-se um mínimo de 12 meses) e assistência pós-venda (quando pertinente).
- Plano logístico de transporte, entrega, descarga e instalação nas várias localizações na província de Cabo Delgado listadas no ponto 2 acima.

4.2 Proposta Financeira (conteúdo mínimo):

- Preço unitário e total por item, e preço global da proposta.
- Moeda em Meticais (MZN) e impostos aplicáveis, discriminando se os preços incluem Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e demais encargos.
- Condições de pagamento propostas.
- Validade da proposta (mínimo 60 dias).

4.3 Documentos Administrativos:

- Certidão/Declaração de registo comercial.
- NUIT e comprovativos de regularização fiscal e de segurança social.
- Duas cartas de referência (mínimo).
- Declaração de aceitação e cumprimento das especificações técnicas anexas.

5. Condições de Fornecimento e Entrega

- Local de entrega, descarga e instalação: listados no ponto 2 acima.
- Prazo máximo de entrega: 90 dias após a assinatura do contrato.
- Todos os bens devem ser novos, em embalagem original, acompanhados de manuais (quando aplicável) e certificados de garantia (mínimo de um ano, quando aplicável).
- O fornecedor deverá substituir, sem custos adicionais, qualquer equipamento ou componente que apresente defeito ou mau funcionamento durante o período de entrega e instalação.
- O fornecedor é responsável pelo transporte, entrega, descarga e instalação conforme instruções da Fundação Mozambique LNG.
- A recepção será condicionada à verificação de quantidades, integridade física e conformidade técnica.

6. Prazo e Forma de Submissão

O prazo para submissão de propostas é de Quinze (15) dias, contados a partir da data de lançamento do concurso. Propostas recebidas após o prazo não serão consideradas.

As propostas devem ser submetidas por e-mail - fornecedores.suppliers@mozambiquelngfoundation.org - devidamente identificado com a referência do concurso - Equipamentos para Postos Comunitários de Saúde e Maternidade.

7. Critérios de Avaliação e Adjudicação

A avaliação considerará, no mínimo, os seguintes critérios:

- Conformidade técnica com as especificações (critério eliminatório).
- Experiência do concorrente e qualidade das referências apresentadas.
- Prazo de entrega e robustez do plano logístico.
- Garantia e condições de assistência pós-venda.
- Preço global e clareza da estrutura de custos.
- Documentos administrativos completos (de acordo com ponto 4.2), válidos e em conformidade

A Fundação Mozambique LNG reserva-se no direito de não adjudicar à proposta de menor preço, bem como de solicitar esclarecimentos e/ou documentação adicional durante o processo de avaliação.

8. Pedidos de Esclarecimento

Quaisquer pedidos de esclarecimento devem ser submetidos até Cinco (5) dias antes do término do prazo de submissão das propostas por e-mail - fornecedores.suppliers@mozambiquelngfoundation.org - devidamente identificado com a referência do concurso - Equipamentos para Postos Comunitários de Saúde e Maternidade em Cabo Delgado.

9. Disposições Finais

- A Fundação Mozambique LNG reserva-se no direito de adjudicar por lote único ou por categoria, caso necessário.
- A Fundação Mozambique LNG pode anular ou modificar o concurso, total ou parcialmente, sem obrigação de compensação.
- A participação no concurso implica a aceitação integral dos termos do presente anúncio e dos anexos técnicos.
- Os custos de preparação e submissão de propostas são da responsabilidade dos concorrentes.

ANEXO 1

Especificações Técnicas do Equipamento para os Postos Comunitários de Saúde

Designação	Quantidade	Especificações Técnicas
Secretaria	1	Mesa de trabalho em madeira tratada; 120x60x75 cm; 2 gavetas; acabamento laminado.
Balde para lixo	1	Plástico rígido; capacidade 15 L; tampa basculante; cor vermelha ou azul.
Cacifo de 2 portas	2	Aço pintado; 180x90x45 cm; prateleiras internas; fecho com chave.
Cadeira estofada para utente	2	Estrutura metálica; assento e encosto almofadados; revestimento em PVC.
Biombo de 3 corpos	1	Estrutura em aço inox; três painéis articulados; cortinas laváveis; altura 1,70 m.
Marquesa para observação	1	Estrutura em aço; colchão revestido em PVC; 180x60x75 cm; capacidade 150 kg.
Cama modelo hospitalar simples	1	Estrutura em aço; leito fixo; grade opcional; rodas com travão.
Colchão modelo hospitalar	1	Espuma de alta densidade; revestimento PVC impermeável; 190x90x12 cm.
Lençóis hospitalares brancos	1	Tecido 100% algodão; 150x250 cm; lavável industrialmente.
Esfigmomanómetro digital	1	Monitor digital automático; braçadeira adulto; precisão ±3 mmHg; alimentação pilhas AA.
Tabuleiro inox com tampa	6	Aço inoxidável; 30x20x5 cm; tampa ajustada; esterilizável.
Tabuleiro inox sem tampa	1	Aço inoxidável; 30x20x5 cm; resistente a corrosão; esterilizável.
Balança com altímetro para adultos	1	Capacidade 200 kg; precisão 100 g; altímetro 70–190 cm; estrutura metálica. Capacidade para 150 kg, divisões de 100 g; Pesagem mínima de 2 kg; Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio; Plataforma de 380 x 290 mm; Tapete em borracha anti-derrapante; Régua em aço cromado; Cursor em aço inoxidável
Kit para pequena cirurgia	3	Tesoura Mayo; pinças anatómicas; porta-agulhas; lâminas; bandeja inox; esterilizável.
Kit de ginecologia	20	Espéculos esterilizáveis; pinças Cheron; tesouras; bandeja inox; material autoclavável.
Balde plástico para lixo	3	Plástico rígido; 15 L; pedal; tampa basculante.
Panelas para esterilização médias	5	Aço inoxidável; capacidade 12 L; pega lateral; tampa com fecho. Recipiente de esterilização de 260 e 290 mm de diâmetro, aço inoxidável
Cadeira longarina 1x6	5	Estrutura metálica; 6 assentos PVC; barra reforçada; capacidade por assento 120 kg.

ANEXO 2

Especificações técnicas de equipamentos – Maternidade de Murrébuè.



Item	Quantidade	Especificações (mínimas recomendadas)
Cama modelo hospitalar articulada com suporte de soro e rodas	2	Estrutura em aço pintado/inox; 2–3 articulações (tronco/pernas); 4 rodas com travão; suporte de soro regulável; capacidade ≥ 150 kg; superfícies laváveis.
Colchão modelo hospitalar	2	Espuma alta densidade (≥25 kg/m³); capa impermeável, lavável e antibacteriana; dimensões padrão aprox 190x90x10-12 cm.
Concentrador de oxigénio	1	Fluxo 0–5/10 L/min; pureza ≥93% ±3%; alarmes de baixa pureza/falha elétrica/alta temperatura; filtro substituível; consumo 300–600 W.
Biombo de 3 corpos	2	Estrutura em alumínio/aço; 3 painéis em PVC lavável; opcional com rodas; fácil desinfecção. Fornecido com tecido de cor azul clara (azul celeste).
Estetoscópio Pinard	2	Pinard em alumínio/madeira; para auscultação fetal; superfície lisa e lavável.
Tabuleiro com tampa em aço inox	3	Aço inox 304; bordas enroladas; compatível com autoclave; resistente à corrosão.
Fita métrica de 150 cm	1	Fita de 150 cm; marcação em cm/mm; material resistente; fácil limpeza.
Balde plástico para lixo 15 L	10	Plástico rígido; tampa basculante; capacidade ~15 L; codificação por cor conforme tipo de resíduo; superfície lavável.
Economizador de solutos	3	Dispositivo regulador de fluxo (tipo clamp/rolamento) compatível com equipos de soro padrão; plástico médico; esterilizável quando aplicável.
Secretaria (mesa de trabalho)	2	Mesa de trabalho em aço/madeira tratada; superfície lisa e lavável; arestas arredondadas.
Cadeira estofada para secretária	2	Estrutura robusta; estofamento impermeável (PVC/PU); superfícies laváveis; estabilidade adequada.
Armário para medicamentos	2	Estrutura metálica; 2–4 prateleiras ajustáveis; porta com vidro/cheia; fecho com chave; acabamento lavável.
Cacifos de 2 portas	2	Aço galvanizado; 2 compartimentos com ventilação; fecho por cadeado/chave; pintura epóxi.
Cadeira hospitalar para utente	12	Estrutura robusta; estofamento impermeável (PVC/PU); superfícies laváveis; estabilidade adequada.
Biombo de 3 corpos	3	Estrutura em alumínio/aço; 3 painéis em PVC lavável; opcional com rodas; fácil desinfecção.
Cama hospitalar articulada com suporte e rodas	12	Estrutura em aço pintado/inox; 2–3 articulações (tronco/pernas); 4 rodas com travão; suporte de soro regulável; capacidade ≥ 150 kg; superfícies laváveis.
Mesa de leito (sobre-leito)		Estrutura metálica/madeira; superfícies laváveis; cantos arredondados; mecanismos estáveis.
Mesinha de cabeceira	12	Estrutura metálica/madeira; superfícies laváveis; cantos arredondados; mecanismos estáveis.
Colchões hospitalares	12	Espuma alta densidade (≥25 kg/m³); capa impermeável, lavável e antibacteriana; dimensões padrão aprox. 190×80×10–12 cm.
Fita métrica de 150 cm	2	Fita de 150 cm; marcação em cm/mm; material resistente; fácil limpeza; Escala nos dois lados da fila; maleavel e inelastica.
Estetoscópio de Pinard	2	Pinard em alumínio/madeira; para auscultação fetal; superfície lisa e lavável.
Estetoscópio clínico	1	Requisitos mínimos: construção robusta; superfícies lisas e laváveis; compatível com rotinas de desinfecção hospitalar.
Esfigmomanómetro digital	1	Monitor digital automático; braçadeira adulto (22–42 cm); memória de leituras; Campo de presição de 0 - 300 mm Hg; alimentação por pilhas/adaptador.
Termómetro clínico digital	20	Tempo de leitura 30–60 s; precisão ±0,1 °C; sinal sonoro; ponta rígida ou flexível.
Taça redonda para bolas de algodão (inox)	2	Aço inox 304; bordas enroladas; compatível com autoclave; resistente à corrosão.
Carrinha/carrinho para material	1	Carro de serviço em inox; 2–3 prateleiras; rodízios com travão; pega ergonómica.
Carrinha/carrinho para roupa suja	1	Carro para roupa hospitalar; estrutura metálica; saco removível e lavável; rodízios com travão.
Economizador para solutos	6	Dispositivo regulador de fluxo (tipo clamp/rolamento) compatível com equipos de soro padrão; plástico médico; esterilizável quando aplicável.
Bacias em aço inox com suporte	2	Bacias em inox com suporte metálico estável; compatíveis com autoclave.
Espéculos vaginais pequenos	20	Espéculo vaginal em aço inox 304; reutilizável; autoclavável; superfícies polidas.
Espéculos vaginais médios	20	Espéculo vaginal em aço inox 304; reutilizável; autoclavável; superfícies polidas.
Espéculos vaginais grandes	20	Espéculo vaginal em aço inox 304; reutilizável; autoclavável; superfícies polidas.
Cuvete riniforme (médio) em inox	10	Aço inox 304; bordas enroladas; compatível com autoclave; resistente à corrosão.
Cápsulas redondas médias em inox		Requisitos mínimos: construção robusta; superfícies lisas e laváveis; compatível com rotinas de desinfecção hospitalar.
Arrastadeiras	10	Requisitos mínimos: construção robusta; superfícies lisas e laváveis; compatível com rotinas de desinfecção hospitalar.
Candeeiro eléctrico para observação	1	Luz LED 30.000–50.000 lux; braço articulado; base com rodas ou fixação mural; baixo aquecimento.
Geleira de 120 L	2	Arca/térmica ~120 L; isolamento eficiente; tampa com fecho; adequada a uso clínico.
Balança tipo relógio (adulto)	1	Estrutura robusta; plataforma antiderrapante; precisão adequada para uso clínico.
Balde plástico para lixo 15 L	6	Plástico rígido; tampa basculante; capacidade ~15 L; codificação por cor conforme tipo de resíduo; superfície lavável.(tecido 100% algodão)

Lençóis hospitalares brancos (logo ‘CS Murrebue’)	50	Tecido algodão/mistura; gramagem adequada; logotipo aplicado; laváveis a alta temperatura.(tecido 100% algodão)
Lençóis hospitalares verdes (logo ‘CS Murrebue’)	50	Tecido algodão/mistura; gramagem adequada; logotipo aplicado; laváveis a alta temperatura.(tecido 100% algodão)
Tabuleiro com tampa (inox)	10	Aço inox 304; bordas enroladas; compatível com autoclave; resistente à corrosão.
Tabuleiro sem tampa (inox)	10	Aço inox 304; bordas enroladas; compatível com autoclave; resistente à corrosão.
Balança com altímetro para adultos	1	Estrutura robusta; plataforma antiderrapante; precisão adequada para uso clínico. Capacidade para 150 kg, divisões de 100 g; Pesagem mínima de 2 kg; Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio; Plataforma de 380 x 290 mm; Tapete em borracha anti-derrapante; Régua em aço cromado; Cursor em aço inoxidável
Marquesaginecológica	2	Mesa de exames; estrutura metálica; estofamento impermeável; altura fixa; capacidade ≥ 150 kg. Estofa lavável de alta durabilidade e interior acolchoado com 5,5 cm de espessura. Encosto e parte inferior do corpo ajustáveis; Medidas: 180 (comprimento) x 55 (largura) x 80 (altura) cm; Medidas do encosto: 76 x 55 cm Medidas do assento: 55 x 55 cm Medidas da parte inferior do corpo: 51 x 55 cm
Degrau duplo	2	Escadote hospitalar de 2 degraus; estrutura metálica; piso antiderrapante; pés com borracha.
Cama hospitalar para parto	2	Cama obstétrica em 2–3 secções; ajustes de encosto/pernas; apoios para litotomia; suporte de soro; superfícies laváveis.
Carrinho de material para tratamento	1	Carro de serviço em inox; 2–3 prateleiras; rodízios com travão; pega ergonómica.
Carrinho para reanimação de RN	1	Carrinho de reanimação neonatal; estrutura em inox; gavetas para equipamentos; suporte para oxigénio/aspiração.
Ventosa obstétrica manual	1	Sistema de vácuo manual; copos 40–60 mm em silicone; manómetro integrado; tubos esterilizáveis.
Aspirador eléctrico 2,5 L	1	Aspirador cirúrgico; frasco 2,5 L; pressão ≥ 0,08 MPa; mangueiras autoclaváveis; proteção contra transbordo.
Pêra de borracha para aspiração de secreções	20	Bulbo de aspiração; látex/silicone; para remoção de secreções; fácil desinfecção.
Ressuscitador tipo Ambu para bebés	5	Balão-válvula-máscara (BVM) em silicone; válvula unidirecional; máscaras tamanhos apropriados; reutilizável e, quando aplicável, autoclavável.
Ressuscitador tipo Ambu para adultos	5	Balão-válvula-máscara (BVM) em silicone; válvula unidirecional; máscaras tamanhos apropriados; reutilizável e, quando aplicável, autoclavável.
Concentrador de oxigénio	1	Fluxo 0–5/10 L/min; pureza ≥93% ±3%; alarmes de baixa pureza/falha elétrica/alta temperatura; filtro substituível; consumo 300–600 W.
Lâmpada ginecológica	2	Luz LED 30.000–50.000 lux; braço articulado; base com rodas ou fixação mural; baixo aquecimento.
Lanterna a pilhas	2	Lanterna portátil LED; pilhas AA/AAA; feixe focalizável; corpo resistente.
Economizadores para solutos	6	Dispositivo regulador de fluxo (tipo clamp/rolamento) compatível com equipos de soro padrão; plástico médico; esterilizável quando aplicável.
Kits de parto	25	Conjunto esterilizado com instrumentos (pinças, tesouras, espéculos, compressas, luvas, etc.); acondicionamento estéril; compatível com autoclave quando reutilizável.
Kits de ginecologia	20	Conjunto esterilizado com instrumentos (pinças, tesouras, espéculos, compressas, luvas, etc.); acondicionamento estéril; compatível com autoclave quando reutilizável.
Maca para transporte de doentes	1	Maca com estrutura metálica; rodízios com travão; grades laterais rebatíveis; colchão impermeável.
Cadeira de rodas para doentes	2	Estrutura em aço/alumínio; capacidade ≥ 100 kg; apoios de pés rebatíveis; travões nas rodas.
Balde plástico para lixo	4	Plástico rígido; tampa basculante; capacidade ~15 L; codificação por cor conforme tipo de resíduo; superfície lavável.
Colchões hospitalares para parto	2	Espuma alta densidade (≥25 kg/m³); capa impermeável, lavável e antibacteriana; dimensões padrão aprox. 190×80×10–12 cm.
Balança para bebé (tipo prato)	1	Requisitos mínimos: construção robusta; superfícies lisas e laváveis; compatível com rotinas de desinfecção hospitalar.
Cuvete reniforme (inox)	10	Requisitos mínimos: construção robusta; superfícies lisas e laváveis; compatível com rotinas de desinfecção hospitalar.
Marquesa de observação	2	Mesa de exames; estrutura metálica; estofamento impermeável; altura fixa; capacidade ≥ 150 kg.
Relógio de parede	2	Relógio analógico de parede; mostrador grande; mecanismo silencioso; fácil limpeza.
Panelas para esterilização de kits de parto – Pequenas	5	Conjunto esterilizado com instrumentos (pinças, tesouras, espéculos, compressas, luvas, etc.); acondicionamento estéril; compatível com autoclave quando reutilizável.
Panelas para esterilização de kits de parto – Médias	5	Conjunto esterilizado com instrumentos (pinças, tesouras, espéculos, compressas, luvas, etc.); acondicionamento estéril; compatível com autoclave quando reutilizável.
Panelas para esterilização de kits de parto – Grandes	5	Conjunto esterilizado com instrumentos (pinças, tesouras, espéculos, compressas, luvas, etc.); acondicionamento estéril; compatível com autoclave quando reutilizável.
Autoclave elétrica vertical 75 L	1	Autoclave vertical 75 L; ciclos 121/134 °C; controle digital; segurança por válvula e sensor; cestos em inox.